



Chemita, spol. s r.o., Hodonín č.p. 2936, Blázkova č. 5, PSČ 695 01, chemická a mikrobiologická laboratoř. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1273. Tel/fax: 518340919, chemita@iol.cz

Výtisk č.: 1

Vydání č.: 1

Protokol o zkoušce č. 2289C/2007

STANOVENÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU GUAA NA NOSIČÍCH

koncentrace: 10 ml/l (1,0%) a 1 ml/l (0,1%), čas: 7 dní, zátěžové podmínky: podmínky nižšího znečištění – 0,3 g/l BSA (čisté), podmínky vyššího znečištění – 3 g/l BSA a 3 ml/l ovčích erytrocytů (nečisté)

Evidenční číslo vzorku: 2289C/2007

Název vzorku: **GUAA**

Zákazník: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

Výrobce: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

Místo odběru: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

List č.: 1

Počet listů: 6

Datum přijetí zakázky:
12.11.2007

Datum expedice zakázky:
4.1.2008

V Hodoníně dne 4.1.2008

Zuzana Matusková, vedoucí laboratoře



Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

Název: *Testování dezinfekční účinnosti chemických látek – SOP-M-19-00*

Evidenční číslo: 2289C/2007

Protokolární číslo: 113C

Název vzorku: **GUAA**

Odběr provedl: zákazník

Místo odběru: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

Zákazník: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

Datum odběru: 12.11.2007

Datum dodání: 12.11.2007

Datum zkoušky: 15.11.-22.11.2007

Dodané množství: 800 ml

Číslo šarže: 006/2007

List č.: 2

Popis přípravku:

GUAA

Polymerový dezinfekční přípravek (koncentrovaný) se skládá z polyhexamethylenguaninu, alkyldimethylbenzylamoniumchloridu a vody.

