

Výtisk č.: 1
Vydání č.: 2

Protokol o zkoušce č. D22/2008

POSOUZENÍ DEZINFEKČNÍ ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU **GUAA** K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU A TEPLOU

koncentrace: 10 ml/m³, čas: 30 minut, s použitím volného chloru a testovacího kmene *Pseudomonas aeruginosa*
koncentrace: 50 ml/m³, čas: 30 minut, s použitím volného chloru a testovacího kmene *Pseudomonas aeruginosa*

Evidenční číslo vzorku: D22/2008
Název vzorku: **GUAA**
Zákazník: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno
Výrobce: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno
Místo odběru: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

List č.: 1
Počet listů: 7

Datum přijetí zakázky:
18.3.2008

Datum expedice zakázky:
23.4.2008

V Hodoníně dne 23.4.2008



Zuzana Matušková, vedoucí laboratoře

Výsledky laboratorních zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý. Za identitu vzorku odebraného zákazníkem laboratoř neručí.

Název: *Testování dezinfekční účinnosti chemických látek – SOP-M-19-00*

Evidenční číslo: D22/2008

Protokolární číslo: 14

Název vzorku: **GUAA**

Odběr provedl: zákazník

Místo odběru: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

Zákazník: GUAPEX a.s., Hlavní 172/95, 624 00 Brno

Datum odběru: 18.3.2008

Datum dodání: 18.3.2008

Datum zkoušky: 8.4.-23.4.2008

Dodané množství: 100 ml

Číslo šarže: neuvedeno

List č.: 2

Popis přípravku:

GUAA

Polymerový dezinfekční přípravek (koncentrovaný) se skládá z polyhexamethylenguaninu, alkyldimethylbenzylamoniumchloridu a vody.

